

COMPRAS LICIT - PME

De: ODONTOLOGIA - PME <odontopsf2@extrema.mg.gov.br>
Enviado em: 05/04/2024 hh:mm: 13:50
Para: compraslicit2@extrema.mg.gov.br
Assunto: laudo motor endo

Boa tarde Kelsen,

Sobre lote 11, item 00022 , processo n*402|2023 – MOTOR ENDODNTICO COM LOCALIZADOR APICAL E ACESSORÍOS :

Após análise da amostra enviada pela empresa vencedora do item no processo licitatório, o equipamento foi aprovado pela referência técnica.

O equipamento está em conformidade com as especificações que constam no edital,

Att, siga a disposição.



**PREFEITURA
DE EXTREMA**

Roberta do Carmo Migliorini

Coordenadora de Saúde Bucal

Secretaria de Saúde

(35) 3435.6245

odontopsf@extrema.mg.gov.br

LAUDO DE AVALIAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 402/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, após recebimento da amostra pelo Setor de Compras e Licitações, recebemos a amostra para avaliação de sua qualidade e especificações técnicas, referente ao processo licitatório supracitado, após avaliação, sendo classificado conforme segue abaixo:

BETANIAMED COMERCIAL LTDA:

- Lote 010: MOCHO ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE 135KG altura do assento 470/610mm, altura do encosto 400/490mm, capacidade de carga 135kg, comprimento 490/510mm, inclinação do encosto 7° para frente - 18° para trás, largura 430mm, sistema de elevação: pistão a gás. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a ANVISA o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. sugestão de marca: dabi atlante, gnatus ou similar em qualidade
A amostra apresentada pela empresa acima citada, da marca **DENTEMED**, do modelo **MAGNUS GOLD** foi **REPROVADO**.
Após medições e altura de assento conclui-se que a amostra analisada está fora das especificações do Edital.
Altura máxima do assento = 530mm
altura pedida no Edital = 610mm
Segue fotos da medição.



(530mm)

Sem mais,

Extrema/MG, 07 de Fevereiro de 2024.

Roberta do Carmo Migliorini
Coordenadora de Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - conj. odontológico; composto por cadeira aut, min.3 posições+volta zero, equipo acopl. c/ até 5 ptas, 1 unid aux, 1 refletor+ 2 suct; cadeira c/ articulação central única, elevação max.

de paciente com até 200kg, pedal joystick, **s/ necessidade fixar piso**; medindo aproximadamente 60 x 190cm, estofamento em poliuretano densidade progressiva/pvc flex/forro estremalha pa, encosto cabeça bi artic/remov; comando elétrico c/ acionamento no mínimo 3 posições trabalho + posição cuspir + volta zero; equipo acoplado com trava pneumática, com 3 terminais, sendo 1 p/ alta + 1 p/ baixa + 1 seringa tríplice; sistema de acionamento das pontas no pedal, sistema progressivo p/ acionar pontas de qualquer posição; c/ controle de velocidade; mangueiras lisas descontamináveis mangueiras arredondadas, sem ranhuras/estrias, suporte pontas /acionamento pneumat. individual; reservatório transparente p/ água, fixo com capacidade min. de 1000 ml aprox. c/ sistema assepsia integrado aos condutos de água/ar; caixa de comando para instalação elétrica e hidráulica embutida na base da cadeira, auxiliando na biossegurança; estrutura resistente a desinfecção, equipo acopl. c/ trava. pneumática, estr. em aço, cobertura em abs injetado com proteção anti-uv; seringa tríplice com bico curvo e giratório, removível e autoclavável; sistema de condução e acionamento de água e ar separados, c/ jato definido, regulagem do spray através de registro disposto no terminal; unidade auxiliar acoplada a cad. c/ pint. lisa, cuba remov. em cerâmica esmaltada, estrutura em aço revestido em abs; ductos de água, ar e esgoto acoplados ao corpo abertura lateral de 90 graus, mangueiras com engate rápido; acompanha 2 suctores sendo: 1 sugador de alta potência e 1 tipo venturi; refletor com base min. de 5 leds: 3 brancos e 2 amarelos ou laranjas, braço tipo pantográfico, com sensor de proximidade; cabeçote com angulação e movimentos puxadores bilaterais forma de alça, **cabeçote com giro de 620 graus**, removíveis e autoclaváveis; luminosidade min. 04 intensid - branca 15.000, 25.000 e 35.000 (+/-10%)-lux e amarela ou laranja 5.500 lux (+/-10%); **lâmpada sistema óptico c/ min. 5 leds (brancas e amarelas ou laranjas ideais p/ evitar fotopolim). s/ aquec. led**; conj. odontológico de acordo com as normas abnt, nbr 6875 - equipamento fabricado de acordo com a rdc 59 anvisa; embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto;tensão de alimentação 127 ou 220v 50/60hz;

PARECER TÉCNICO

1. No catalogo eles colocam que a cadeira não precisa ser fixada no piso, porem no manual técnico de instalação eles pedem para fixar no piso.
2. No catalogo não especifica que o cabeçote do Refletor tem um giro de 620º (e não tem).

*****Justificativa: A necessidade do giro de 620º no cabeçote, evita problemas técnicos na fiação elétrica no decorrer do uso. Com o giro de 620º pode-se solucionar os defeitos de ruptura na fiação.**

3. No modelo apresentado (MAGNUS PRIMER FLEX X8) O refletor não especifica **leds (brancas e amarelas ou laranjas).**

CONCLUSÃO: Mesmo que substituam o cabeçote do refletor, nenhum modelo apresenta a especificação do giro de 620º no cabeçote. (item muito importante)