

CIRÚRGICA UNIÃO

<u>LOTE</u>	<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPTIVO LICITAÇÃO</u>	<u>DESCRIPTIVO BULA</u>
10	12	BOTA DE UNNA - DIMENSOES APROX: 7,5CM X 6M bandagem pronta para bota de unna, composta por bandagem de algodão - tecido não estéril, inelástica, impregnada com pasta á base de oxido de zinco a 10%, água purificada, glicerol, álcool cetostearílico, cetomacrogol, óleo mineral, goma de xantina, goma de guar, metilparahidroxibenzoato e propilparahidroxibenzoato. não seca durante o tratamento e fácil retirada. embalada individualmente. indicação para tratamento de ulceras venosas, eczemas e dermatites crônicas	<p>Descrição: BANDAGEM ELÁSTICA</p> <p>Bandagem úmida com textura pastosa.</p> <p>*BANDAGEM - possui 70% poliéster e 30% algodão, com ourelas entrelaçadas para evitar os riscos de desfiamento longitudinalmente.</p> <p>*PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO - contém óxido de zinco a 10%, acácia, glicerina, óleo de castor em base petrolato/polietileno.</p> <p>Apresenta pH neutro</p>

Reprovado: O descritivo fornecido pelo fabricante do produto não coincide com o descritivo da licitação. O produto em questão não contém álcool cetostearílico, cetomacrogol, óleo mineral, goma de xantina, goma de guar, metilparahidroxibenzoato e propilparahidroxibenzoato.

De acordo com o site da Anvisa, o produto é classificado como de classe de risco II, com médio risco. Essa classificação difere das outras marcas do mesmo produto, as quais possuem classificação de risco igual ou superior, pertencendo à classe de risco III.

<u>LOTE</u>	<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPTIVO LICITAÇÃO</u>	<u>DESCRIPTIVO BULA</u>
12	15	<p>Creme a base de uréia- produto viscoso, não estéril, composto por Água, 10% Ureia, Palmitato de Isopropilo, Palmitato de Octila, Estearato de Glicerila, 4% de Alfa Hidroxiácido, Álcool, Estearílico, Sorbitol, Lactato de Amônio, Ácido Esteárico. Sem conservantes, corantes ou perfume, reduz o risco de reações alérgicas na pele sensível do diabético. Frasco com até 100ml.</p>	<p>Descrição:</p> <p>Aqua/Água, CetearylAlcohol/Álcool Cetoestearílico, Glycerin/Glicerina, Cetareth-20/Álcool Cetoestearílicoetoxilado, HelianthusAnnuus Seed Oi/Óleo de Girassol, Caprylic/CapricTriglycerides/Triglicerídeos Cáprico/Caprilico,Rosa</p> <p>Canina FruitOil/Óleo de Rosa Mosqueta, Aloe BarbadensisLeaf Extract/Extrato Aloe Vera, Parfum/Fragrância, ButyrospermumParkiButter/Manteiga de Karité, Acacia Senegal</p> <p>Gum Extract/Goma Acácia, Panthenol/Pantenol, Phenoxyethanol/Fenoxietanol,Carbomer/Carbômero,TocopherylAcetate/Acetato de Tocoferol,Aminomethyl Propanol/Aminometilpropanol, Ethylhexylglycerin/Etihexilglicerina, Benzyl Benzoate/Benzoato de Benzila, Hyaluronic Acid/Ácido Hialurônico, AmylCinnamal/Hexilcinamaldeído,Limonene/Limoneno,BenzylSalicylate/Salicilato de Benzila, Coumarin/Cumarina, Citronellol/Citronelol, Alpha Isomethylionone/Alfa Isometil ionona,CinnamylAlcohol/Álcool Cinamílico,Linalool/Linalol,Geraniol/Geraniol.</p>

Reprovado: O produto em questão não contém a concentração de ureia de 10%, 4% de alfa hidroxiácido e outros componentes solicitados. Além disso, sua composição inclui fragrância ou perfume, o que vai de encontro às especificações descritas. Portanto, com base nesses desvios, o produto foi reprovado na licitação.

<u>LOTE</u>	<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPTIVO LICITAÇÃO</u>	<u>DESCRIPTIVO BULA</u>
26	45	<p>CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA - 15CM X 15CM curativo estéril, não aderente, macio, em forma de placa, com poder de absorver grande quantidade de exsudato e bactérias, resistente a tração, composto por camadas dupla de hidrofibra 100% carboximetilcelulose sódica e 1,2% de prata iônica. promove absorção vertical, com retenção do exsudato na fibra da placa, que ao entrar em contato com exsudato se transforme num 05gel coeso, que não se desfaça. deve possuir em sua ac06ido tetracético (edta), para combater e impedir a reformação do biofilme na ferida</p>	<p>Exufiber® Ag+ é um curativo estéril, macio, de não-tecido, fabricado em fibras de álcool polivinílico (PVA) altamente absorventes, sendo uma fibra gelificante (hidrofibra) que forma um gel em contato com a secreção, disponível sob as apresentações de almofada ou fita</p>

Reprovado: O produto Exufiber Age+ não está em conformidade com as especificações descritas na licitação, uma vez que não possui a composição de camadas duplas de hidrofibra 100% carboximetilcelulose.