



SECRETARIA DE SAÚDE
Av. Nicolau Cesarino, 4000
Bela Vista | Extrema/MG | CEP 37.640-000
(35) 3435.5720
extrema.mg.gov.br/secretarias/saude
Inovação e Gestão de Resultados

Ofício: 40/2023

Extrema, 20 de Junho de 2023

À Gerência de Compras e Licitações

Assunto: Processo Licitatório 199/2023 Pregão 83/2023

Considerando o processo licitatório de número 199/2023 pregão 83/2023 cujo objeto é "Registro de preços para eventual aquisição de materiais para realização de cirurgias ortopédicas", a Secretaria Municipal de Saúde embasada pelas leis que regem a licitação e em consonância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, submeteu ao seu corpo técnico a avaliação dos materiais apresentados na referida licitação.

Cumpre-nos informar que todas as avaliações foram efetuadas com o fundamento da análise do descritivo técnico contido no edital, dos catálogos apresentados e dos apontamentos contidos em ata.

Após análise do corpo técnico, seguem os apontamentos:

01 DOS PARECERES DOS APONTAMENTOS

Referentes aos apontamentos da empresa CORTICAL CAMPINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA referentes aos itens contidos em lotes que a vencedora foi a empresa BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA:

01.01 Lote 01 – item 17.

APONTAMENTO: "marca cotada não condiz com o edital o descritivo técnico do item".

AVALIAÇÃO TÉCNICA: De acordo com os elementos apresentados do descritivo do pregão e a marca apresentada/ descritivo pela empresa BIO 2, vislumbram-se que não se tratam do mesmo descritivo, uma vez que o item apresentado não possui a característica de ser **TOTALMENTE INTERNA.**

PARECER: Apontamento da empresa CORTICAL procedente.


Sandro Faria Carneiro
PROTÓCOLO - Compras e Licitações

20 JUN 2023

15:17

0691





SECRETARIA DE SAÚDE
Av. Nicolau Cesarino, 4000
Bela Vista | Extrema/MG | CEP 37.640-000
(35) 3435.5720
extrema.mg.gov.br/secretarias/saude
Inovação e Gestão de Resultados

01.02 Lote 08 – item 53;

APONTAMENTO: “marca cotada não condiz com o edital o descritivo técnico do item”.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: De acordo com os elementos apresentados do descritivo do pregão e a marca apresentada/ descritivo pela empresa BIO 2 , vislumbram-se que não se tratam do mesmo descritivo, uma vez que o item apresentado **NÃO POSSUI CALÇO.**

PARECER: Apontamento da empresa CORTICAL procedente.

01.03 Lote 08 – item 56;

APONTAMENTO: “marca cotada não condiz com o edital o descritivo técnico do item”.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: De acordo com os elementos apresentados do descritivo do pregão e a marca apresentada/ descritivo pela empresa BIO 2, vislumbram-se que não se tratam do mesmo descritivo, uma vez que o item apresentado **NÃO POSSUI ÂNGULO VARIÁVEL.**

PARECER: Apontamento da empresa CORTICAL procedente.

01.04 Lote 08 – item 62;

APONTAMENTO: “marca cotada não condiz com o edital o descritivo técnico do item”.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: De acordo com os elementos apresentados do descritivo do pregão e a marca apresentada pela empresa BIO 2, vislumbram-se que não se tratam do mesmo descritivo, uma vez que o item apresentado **NÃO POSSUI GANCHO.**

PARECER: Apontamento da empresa CORTICAL procedente.

01.05 Lote 08 – item 67;

APONTAMENTO: “marca cotada não condiz com o edital o descritivo técnico do item”.

AVALIAÇÃO TÉCNICA: De acordo com os elementos apresentados do descritivo do pregão e a marca apresentada pela empresa BIO 2, vislumbram-se que não se tratam do mesmo descritivo, uma vez que o item apresentado **NÃO POSSUI ÂNGULO VARIÁVEL (BLOQUEADA);**

PARECER: Apontamento da empresa CORTICAL procedente.



SECRETARIA DE SAÚDE
Av. Nicolau Cesarino, 4000
Bela Vista | Extrema/MG | CEP 37.640-000
(35) 3435.5720
extrema.mg.gov.br/secretarias/saude
Inovação e Gestão de Resultados

02 ANÁLISE DOS CATÁLOGOS

Exceto aos apontamentos anteriores os demais itens analisados com base no catálogo das empresas vencedoras não possuem apontamentos, estando aprovados.

Atenciosamente


EDUARDO BERLOTTI MENDONÇA
Secretaria Municipal de Saúde

EDUARDO BERLOTTI MENDONÇA
HOSPITAL MUNICIPAL
EXTREMA/MG

