



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000015/2023 - 11/01/2024 - Processo N° 000402/2023

Vencedor	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
CNPJ	55.979.736/0001-45
Endereço	RODOVIA ABRÃO ASSED S/N KM 53, 450 - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14097500
Contato	1635121212 1635121333 sac@alliage-global.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00007	00004	00086535	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - 127/220V conj. odontológico; composto por cadeira aut, min.3 posições+volta zero, equipo acopl. c/ até 5 ptas, 1 unid aux, 1 refletor+ 2 suct; cadeira c/ articulação central única, elevação max. de paciente com até 200kg, pedal joystick, s/ necessidade fixar piso; medindo aproximadamente 60 x 190cm, estofamento em poliuretano densidade progressiva/pvc flex/forro estremalha pa, encosto cabeça bi artic/remov; comando elétrico c/ acionamento no mínimo 3 posições trabalho + posição cuspir + volta zero; equipo acoplado com trava pneumática, com 3 terminais, sendo 1 p/ alta + 1 p/ baixa + 1 seringa tríplice; sistema de acionamento das pontas no pedal, sistema progressivo p/ acionar pontas de qualquer posição; c/ controle de velocidade; mangueiras lisas descontamináveis mangueiras arredondadas, sem ranhuras/estrias, suporte pontas c/acionamento pneumat. individual; reservatório transparente p/ água, fixo com capacidade min. de 1000 ml aprox. c/ sistema assepsia integrado aos condutos de água/ar; caixa de comando para instalação elétrica e hidráulica embutida na base da cadeira, auxiliando na biossegurança; estrutura resistente a desinfecção, equipo acopl. c/ trava. pneumática, estr. em aço, cobertura em abs injetado com proteção anti-uv; seringa tríplice com bico curvo e giratório, removível e autoclavável; sistema de condução e acionamento de água e ar separados, c/ jato definido, regulagem do spray através de registro disposto no terminal; unidade auxiliar acoplada a cad. c/ pint. lisa, cuba remov. em cerâmica esmaltada, estrutura em aço revestido em abs; ductos de água, ar e esgoto acoplados ao corpo abertura lateral de 90 graus, mangueiras com engate rápido; acompanha 2 suctores sendo: 1 sugador de alta potência e 1 tipo venturi; refletor com base min. de 5 leds: 3 brancos e 2 amarelos ou laranjas, braço tipo pantográfico, com sensor de proximidade; cabeçote com angulação e movimentos puxadores bilaterais forma de alça, cabeçote com giro de 620 graus, removíveis e autoclaváveis; luminosidade min. 04 intensid - branca 15.000, 25.000 e 35.000 (+/-10%)-lux e amarela ou laranja 5.500 lux (+/-10%); lâmpada sistema óptico c/ min. 5 leds (brancas e amarelas ou laranjas ideais p/ evitar fotopolim). s/ aquec. led; conj. odontológico de acordo com as normas abnt, nbr 6875 - equipamento fabricado de acordo com a rdc 59 - anvisa; embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; tensão de alimentação 127 ou 220v, 50/60hz; garantia mínima de 12 meses, conforme certificado do fabricante; garantia de assist. tec. permanente, peças de reposição por no mínimo 12 meses; inclui: manual de operação, manutenção e treinamento. os consultórios odontológicos e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo (primeiro uso) e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. marcas sugeridas: gnatus, dabi atlanet ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital.	DABI ATLANTE MODELO CROMA AIR	UN	18,00	22.107,000 0	397.926,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000015/2023 - 11/01/2024 - Processo N° 000402/2023

<i>Vencedor</i>	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
<i>CNPJ</i>	55.979.736/0001-45
<i>Endereço</i>	RODOVIA ABRÃO ASSED S/N KM 53, 450 - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14097500
<i>Contato</i>	1635121212 1635121333 sac@alliage-global.com

MOCHO ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE 135KG
altura do assento 470/610mm, altura do encosto
400/490mm, capacidade de carga 135kg, comprimento
490/510mm, inclinação do encosto 7° para frente - 18° para
trás, largura 430mm, sistema de elevação: pistão a gás. o
equipamento e todos os itens que o compõem devem
possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá
ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar
descontinuado pelo fabricante. sugestão de marca: dabi
atlante, gnatus ou similar em qualidade. apresentar catálogo
conforme edital.

00018 00010 00086539

DABI
ATLANTE
MODELO
ERGONOM
IC

UN

42,00 905,0000 38.010,00

Total do Fornecedor: 435.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000015/2023 - 11/01/2024 - Processo Nº 000402/2023

Vencedor	BETANIAMED COMERCIAL LTDA		
CNPJ	09.560.267/0001-08		
Endereço	RUA ANTONIO GRAVATÁ, 000132 - CINQUENTENÁRIO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30570-04		
Contato	3133746768 betaniamed@bol.com.br;leonardocury1971@gmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00009	00005	00086541	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - PUSH BUTTON esterilização: autoclavável até 135 c, pressão de trabalho: mínima 220 kpa = 2,2 bar = 32 psi máxima 241 kpa = 2,4 bar = 35 psi consumo de ar: 32 l/min, rotação máxima: 335.000 rpm/min, terminal de encaixe: tipo borden 02 furos. tipo midwest 04 furos sistema push button. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. sugestão de marca: dabi atlante ou similar. apresentar catálogo conforme edital.	DENTEME D - PRIME CX 207 - W-2	UN	40,00	150,0000	6.000,00
00011	00006	00086538	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE AR 9 PÉS 30 LITROS ISENTO DE ÓLEO deslocamento teórico (pcm): 9, deslocamento teórico (l/m): 255, nº de polos: 4 potência do motor (hp): 1,5, potência do motor (kw): 1,11, pressão de operação máxima (bar): 8,3 pressão de operação máxima (lbf/pol ²): 120, pressão de operação mínima (bar): 5,5, pressão de operação mínima (lbf/pol ²): 80, unidade compressora - nº de estágios: 1, unidade compressora - nº de pistões: 2, tensão: 220v, volume do reservatório de ar (l): no mínimo 30, volume teórico do reservatório de ar (l): 29. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. sugestão de marca: schulz ou similar. apresentar catálogo conforme edital.	DENTEME D PRIME AIR 40	UN	20,00	1.800,0000	36.000,00
00013	00007	00086542	CONTRA ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO PB/FG esterilização: autoclavável até 135 c, acoplamento: sistema intra, rotação máxima: 20.000rpm, transmissão 1:1, peso: inferior a 50g. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. sugestão de marca: dabi atlante ou similar. apresentar catálogo conforme edital.	DENTEME D - PRIME CX 235 - 1F RMS 8034960900 5	UN	40,00	150,0000	6.000,00
00016	00009	00086543	MICROMOTOR - 5000 A 20000 RPM pressão de trabalho: máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 bar, consumo de ar: 54 l/ min rotação: de 5.000 à 20.000 rpm, terminal de encaixe: tipo borden 02 furos, acoplamento: através de sistema intra para peça reta ou contra-ângulo, esterilização: autoclavável até 135 c, peso líquido inferior a 83 gr. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. sugestão de marca: dabi atlante ou similar. apresentar catálogo conforme edital.	DENTEME D - PRIME CX 235-3F	UN	40,00	150,0000	6.000,00

Total do Fornecedor: 54.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000015/2023 - 11/01/2024 - Processo Nº 000402/2023

Vencedor	CIRURGICA IZAMED LTDA
CNPJ	12.967.916/0001-02
Endereço	ESTRADA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473 - LIMÃO - SÃO PAULO - SP - CEP: 02721-10
Contato	1134596088 vendas.izamed@hotmail.com;svigido@hotmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00024	00013	00086537	SELADORA ODONTOLÓGICA COM SUPORTE DE ROLOS E GUILHOTINA potência: 80 watts; voltagem: bivolt automático; área de selagem (comprimento): 30 cm; espessura de selagem: 12 mm; dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (l x a x p); peso líquido: 3,100 kg; sistema integrado de corte em ambas as direções; acionamento por meio de alavanca com trava; sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem; resistência ptc blindada com controle automático de temperatura; desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos. marca sugerida : cristófoli ou similar. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. apresentar catálogo conforme edital.	CRISTOF OLI	UN	2,00	720,0000	1.440,00

Total do Fornecedor: 1.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000015/2023 - 11/01/2024 - Processo N° 000402/2023

Vencedor	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	04.709.243/0001-54
Endereço	RUA ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30 - JARDIM RIBEIRO - VARGINHA - MG - CEP: 37068100
Contato	3532211080 bsvarginha@hotmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00002	00086536	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA INOX - 21 LITROS especificações técnicas: sistema de rastreabilidade que cumpra a norma nbr isso 13485, material: tampa câmara em aço inox, capacidade: 21 litros, 3 bandejas em alumínio anodizado, voltagem: bivolt automático 127/220v, pode ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 a 254 v, dimensões da bandeja: 19 x 1,2 x 38cm, desaeração e despressurização automática, sistema de segurança: 21 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência, sistema de ajuste de altitude para diversas regiões, consumo de energia: 485watts/ hora, potência: 1.600watts, frequência: 50/60hz, dimensões: autoclave- 38 x 38 x 55cm (lxaxp) / câmara – 25 x 43cm(dxp); marca sugerida: cristófoli ou similar. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. apresentar catálogo conforme edital.	BS - MOD. DIGITALE 21	UN	15,00	3.900,0000	58.500,00

Total do Fornecedor: 58.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000015/2023 - 11/01/2024 - Processo Nº 000402/2023

Vencedor	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		
CNPJ	34.412.925/0001-61		
Endereço	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - JARDIM DAS INDUSTRIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP:		
Contato	1237972240 athenalicit@gmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022	00011	00080037	<p>MOTOR ENDODONTICO COM LOCALIZADOR APICAL E ACESSÓRIOS</p> <p>motor endodôntico com localizador apical; peça de mão wireless (sem fio); contra ângulo com iluminação por led; 3 sistemas de funcionamento; preparação do canal radicular: modo contínuo, modo recíprocante e 8 modos personalizáveis; função de personalização do aviso de limite do forame apical. função integrada (preparação+medida do comprimento do canal radicular): funções apical reverso/stop, auto início, apical slow down. acionamento do motor na peça de mão. bateria da peça de mão de alta capacidade com carregamento wireless ou por cabo. reversão automática de sentido de giro por torque e por aproximação do ápice apical. possibilidade de ajuste manual no sentido de rotação, horário/anti-horário. redução da velocidade de giro por aproximação do ápice apical e início de funcionamento automático na detecção da entrada do canal radicular. tela frontal lcd de alta resolução brilhante e colorida. modo standby automático de economia de energia da base e da peça de mão. teclado touch capacitivo. indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. intensidade ajustável do indicador sonoro. base com indicadores de bateria, modo de rotação e estado de conexão. peça de mão com indicadores de bateria e estado de conexão. base do equipamento energizada por bateria recarregável de grande autonomia. peça de mão em funcionamento com baixo nível de ruído e vibração.</p> <p>acessórios: 1 contra ângulo, 1 cabo de medição, 4 suportes de lima, 2 cliques labiais, 1 fonte de energia, 2 adaptadores led, 1 cabo de conexão ubs, 1 testador de funções, 2 luvas de silicone autoclaváveis, 2 posicionador do stop de silicone, 1 adaptador de lubrificação do contra ângulo. contra ângulo: sistema push button. transmissão 1:1. removível e autoclavável até 135°C. cabeça com dimensões reduzidas para melhor visualização do campo de trabalho. 6 posições possíveis de fixação do contra ângulo. base motor endodôntico: alimentação: bivolt automático 100-240v; bateria da base: 11,1v 2600ma; bateria da peça mão: 3,7v 750ma; faixa de torque: 0,6-4,0ncm; faixa de rotação: 1000-rpm frequência: 50/60 hz; tela lcd: 2,8</p> <p>o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. apresentar catálogo conforme edital.</p>	PERFECT MODELO ZR-RAP	UN	3,00	5.773,2000	17.319,60

Total do Fornecedor: 17.319,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000015/2023 - 11/01/2024 - Processo N° 000402/2023

Vencedor	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	50.867.070/0001-10
Endereço	RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302 - VILA PRINCESA IZABEL - CACHOEIRINHA - RS - CEP:
Contato	5181250108 rgmedadm@gmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	00003	00086540	BOMBA DE VÁCUO - ½ HP BIVOLT especificações técnicas: motor weg 1hp com eixo inóx, sucção de 600mmhg, protetor térmico interno no motor em 130 graus centígrados, caixa elétrica injetada com proteção para componentes elétricos ip65, contactor de alto desempenho marca weg. abafador de ruído altamente eficiente, entradas e saídas de vácuo para mangueiras de 3/4, filtro de entrada da sucção de fácil remoção e limpeza, conjunto sucção (flange+rotor+tampa) totalmente construído em liga especial de bronze (com 10 anos de garantia), 4 pés niveladores super reforçados e com sistema vibraless, entrada de água com conexão padrão roscada, sistema rápido de abertura e fechamento da tampa, sistema de ajuste do fluxo de água externo e de fácil acesso, sistema de filtragem da entrada de água com filtro tipo tela incorporado à válvula solenoide, sistema elétrico instalado em chassi metálico aterrado e isolado do motor. válvula solenoide de alto desempenho para acionamento da água, baixíssimo consumo de água (até 0,4 litros / minuto), alta capacidade deslocamento de ar, instalação em 127/220v apenas ajustando as ligações elétricas dentro do painel. acionamento super seguro com alimentação 24v. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. apresentar catálogo conforme edital.	ALT MODELO THOR	PÇ	10,00	3.250,0000	32.500,00

Total do Fornecedor: 32.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000015/2023 - 11/01/2024 - Processo N° 000402/2023

Vencedor	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ	13.719.523/0001-34
Endereço	RUA PARANÁ, 185 - JARDIM DO CAFE - Cambé - PR - CEP: 87185000
Contato	4333410006 adm.claromed@gmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00023	00012	00095702	<p>RAIO-X ODONTOLOGICO DE PAREDE dotado de temporizador digital centesimal para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e indicado para filmes convencionais. composto por braço tipo pantográfico, permite maior alcance e utilização em várias posições. tubo com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. disparador manual à distância de 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela comissão nacional de energia nuclear – cnen. o método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kvp), corrente média no tubo de raios-x (ma), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente x tempo no tubo de raios-x (mas). utilizado para as medições o equipamento dynalyzer iii digital display, conectado a unidade de alta voltagem. divisor de tensão resistivo de 1:20.000. ângulo de alvo 19.º classificação do equipamento segundo a anvisa classe iii colimador cilíndrico totalmente blindado eixo de referência 16.º em relação ao anódo fusíveis vidro 20 mm grau de segurança de aplicação na presença equipamento não adequado de uma mistura anestésica inflamável com o ar, oxigênio ou óxido nitroso. material do alvo tungstênio modo de operação contínua com carga intermitente t. on: 3,2 segundos t. off: x 30 segundos número de fases monofásico / bifásico ponto focal 0,7 x 0,7mm posicionado em relação ao eixo de referência do tubo rx conforme iec336/1982 potência 1330 va potência em stand by 15va proteção contra choque elétrico equipamento de classe i - parte aplicada de tipo b proteção contra penetração nociva de água / material particulado ipx0 tipo de gerador imerso em óleo voltagem de alimentação bivolt. marca sugerida: dabi atlante modelo raios x spectro 70x. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. apresentar catálogo conforme edital.</p>	ION PRO-X PAREDE/S TANDART	UN	2,00	7.800,0000	15.600,00

Total do Fornecedor: 15.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000015/2023 - 11/01/2024 - Processo N° 000402/2023

Vencedor	FELIX RODOLFO RODRIGUES ME
CNPJ	49.960.280/0001-79
Endereço	RUA HUMBERTO SORRIGOTI, 239 - JARDIM TANGARA - SÃO CARLOS - SP - CEP:
Contato	1633663924 tecodontobr@gmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00015	00008	00065052	MICROMOTOR micromotor 30v; 30.000 rpm. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. apresentar catálogo conforme edital.	KAVO	UN	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor: 550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000015/2023 - 11/01/2024 - Processo N° 000402/2023

Vencedor	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA EPP
CNPJ	28.877.319/0001-19
Endereço	RUA GASTÃO VIEIRA, 453 - PQ SANTA FELICIA JARDIM - SÃO CARLOS - SP - CEP: 13562-41
Contato	1691139008 pietraodontoimp@gmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00066068	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED aparelho de fotopolimerizador de resinas compostas, tipo revolver com led, leve e anatômico, com superfície lisa para desinfecção, ponteira de fibra ótica rígida e semi orientada de tamanho reduzido com giro de 360°, autoclavável de baixa de potência, 84w, bivolt. o equipamento e todos os itens que o compõem devem possuir registro ativo junto a anvisa. o equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, e não poderá estar descontinuado pelo fabricante. apresentar catálogo conforme edital.	KONDENT ECH MODELO LED 6	UN	20,00	270,0000	5.400,00

Total do Fornecedor: 5.400,00

Total Geral: 621.245,60